

## **REEMPLACER UNE PARTIE FEMELLE TITANE SCELLÉE**

1. Déterminez s'il s'agit d'un attachement **M2** ou **M3** (voir INFO 062 et INFO 070).
2. Utilisez une nouvelle fraise cylindrique coupante pour enlever la partie femelle de la coiffe à tenon radiculaire.
3. Faites uniquement des mouvements circulaires et parallèles.
4. Au moment de toucher le **CEKA SITE (# CEKA SITE B)**, enlevez les restes avec une fraise diamantée cylindrique.
5. Ne meulez pas la face supérieure de la partie coulée de la coiffe à tenon radiculaire.
6. La cavité dans la coiffe à tenon radiculaire doit rester cylindrique.
7. Pour des attachements **M2** ou **M3**, on complète comme suit:  
**M2: RE H 14** (auxiliaire) + **RE 0031** (bouton-pression) + **RE 0096** (cale d'épaisseur) + **RE 4500 TI** (partie femelle titane);  
**M3: H 14** (auxiliaire) + **694 C** (bouton-pression) + **694 B** (cale d'épaisseur) + **694 TI** (partie femelle titane).
8. Contrôlez d'abord si la partie femelle peut être correctement positionnée dans la cavité.
9. Sablez la cavité ainsi que la surface externe de la partie femelle titane.
10. Déposez une petite quantité de **CEKA SITE** dans la cavité et pressez les pièces composées dans la cavité (voir INFO 074).
11. Veillez à ce que les pièces ne bougent pas pendant tout le temps de durcissement (env. 8 minutes).
12. Enlevez les auxiliaires avec le bouton-pression et éliminez l'excédent du matériau **CEKA SITE**.

### **Effets secondaires, avertissements et précautions**

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.